

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАЛИБРОН» ИНН 7719685973

Место проведения поверки: ФБУ "Новосибирский ЦСМ"

Метрологические характеристики эталона

Соответствует требованиям к рабочему эталону 2 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ.
Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 50
м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм»

Класс точности 2

Наблюдаемые интервалы, мм	Действительное значение длины, мм	Наблюдаемые интервалы, мм	Действительное значение длины, мм
0-1	1,0002	0-20	19,9996
0-2	1,9998	0-30	29,9995
0-3	3,0000	0-40	39,9987
0-4	4,0001	0-50	49,9985
0-5	5,0002	0-60	59,9985
0-6	6,0004	0-70	69,9980
0-7	7,0002	0-80	79,9985
0-8	7,9998	0-90	89,9983
0-9	8,9997	0-100	99,9983
0-10	9,9992		

Поверитель


Е.А. Шамардина