



АО Торговый дом «Калиброн»  
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,  
эт. 5, пом. XII, ком. 14

**ПАСПОРТ**  
**Линейка измерительная металлическая**  
**торговой марки «Etalon»**

Диапазон измерений, мм:

0-150;     0-300;     0-500;     0-1000

Цена деления, мм:

0,5;     1

Рисунок 1

### 1. Назначение средства измерений

Линейка измерительная металлическая торговой марки «Etalon» предназначена для измерений размеров соответственно до 150, 300, 500 и 1000 мм в различных отраслях промышленности.

### 2. Условия эксплуатации

Температура воздуха: от 15 до 25°C  
Относительная влажность воздуха: не более 80 %

### 3. Метрологические и технические характеристики

Общая длина шкалы и расстояние между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм	Допускаемые отклонения, согласно фабрики изготовления, мм
до 300	± 0,20
св. 300 до 500	± 0,30
св. 500 до 1000	± 0,40

### 4. Комплектность

- 4.1 Линейка – 1 шт.
- 4.2 Паспорт – 1 экз.

### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения

5.1 Полный средний срок службы линейки измерительной металлической – не менее 1 года. Критерием предельного состояния является износ шкалы линейки измерительной.  
5.2 Средний срок хранения – 2 года.  
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований паспорта.

### 6. Правила эксплуатации и хранения

- 6.1 Условия эксплуатации – УХЛ 3.1. по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха – не более 98% при температуре плюс 25 °С.
- 6.2 Перед началом работы ознакомиться с паспортом.
- 6.3 Линейку перед работой необходимо промыть бензином, протереть насухо чистой хлопчатобумажной салфеткой и выдержать на рабочем месте не менее 1 часа.
- 6.4 Следить за чистотой рабочих поверхностей, оберегать линейки от попадания на них влаги, пыли и грязи.
- 6.5 По окончании работы линейки измерительные следует вновь промыть в бензине, протереть насухо чистой салфеткой, смазать антикоррозионным составом и завернуть в бумагу.

### 7. Транспортирование и хранение

- 7.1 Ящики с линейками измерительными следует транспортировать в крытых транспортных средствах или контейнерах и закреплены таким образом, чтобы не имели свободного перемещения.
- 7.2 Хранить линейки измерительные необходимо в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.
- 7.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

### 8. Сведения о консервации и упаковке

- 8.1 Линейка подвергнута консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.
- 8.2 Срок консервации – 24 месяца.

### 9. Гарантийные обязательства

- 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие линейки измерительной требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи линейки измерительной.
- 9.3 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14, тел./факс: +7 (495) 380-11-06

### 10. Свидетельство о приемке

Линейка измерительная торговой марки «Etalon» соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

МП.

Изготовитель:  
Фирма «Etalon», Китай

Отдел продаж:  
АО ТД «Калиброн»  
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14  
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06  
E-mail: [info@tdkalibron.ru](mailto:info@tdkalibron.ru)