

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАЛИБРОН» ИНН 7719685973

Место проведения поверки: ФБУ "Новосибирский ЦСМ"

**Метрологические характеристики эталона**

**Соответствует требованиям к рабочему эталону 2 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от  $1 \cdot 10^9$  до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм»**

**Класс точности 2**

Наблюдаемые интервалы, мм	Действительное значение длины, мм	Наблюдаемые интервалы, мм	Действительное значение длины, мм
0-1	1,0004	0-70	70,0000
0-2	2,0008	0-80	80,0003
0-3	3,0004	0-90	90,0005
0-4	4,0007	0-100	100,0001
0-5	5,0012	0-110	109,9999
0-6	6,0008	0-120	119,9995
0-7	7,0012	0-130	129,9992
0-8	8,0012	0-140	139,9999
0-9	9,0011	0-150	149,9991
0-10	10,0006	0-160	159,9997
0-20	20,0008	0-170	169,9995
0-30	30,0007	0-180	179,9980
0-40	40,0011	0-190	189,9980
0-50	50,0007	0-200	199,9988
0-60	60,0007		

Поверитель

  
Е.А. Шамардина