Акционерное общество Торговым дом «Калиброн»
(АО ТД «Калиброн»), г. Москва
Адрес: 119501, г. Москва, ул. Веерная, д. 4, корп. 2, эт. подвал, пом.1, ком. №19

Линейка охватывающая Калиброн

ПАСПОРТ

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ АО КАЛИБРОН

Линейка охватывающая Калиброн, изготовленна Shenyang Jia-yu Tools Co., Ltd, КНР по стандарту предприятия Shenyang Jia-yu Tools Co., Ltd «Линейки охватывающие Калиброн» предназначена для измерений диаметра наружных поверхностей труб, а также других круглых тел.

Линейка представляет собой измерительную ленту из нержавеющей стали с измерительной шкалой. В начале ленты предусмотрена выемка с нанесенной шкалой нониуса.

Измерительную ленту накладывают на измеряемый объект, так чтобы лента линейки опоясывала его и совмещают со шкалой нониуса, затягивая ленту до упора. Отсчет показаний производится по измерительной шкале и нониусу.

1.1 Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики

Диапазон измерений, мм	Цена деления нониуса, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм
от 9 до 80	0,05	±0,70
от 9 до 80	0,10	
от 15 до 55	0,05	
от 50 до 300	0,01	
от 300 до 600	0,01	
от 600 до 900	0,01	
от 900 до 1200	0,02	±0,75
от 1200 до 1500	0,02	±0,90
от 1500 до 1800	0,02	±1,05
от 1800 до 2100	0,02	±1,20
от 2100 до 2400	0,02	±1,35
от 2400 до 2700	0,02	±1,50
от 2700 до 3000	0,02	±1,65

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Диапазон измерений, мм	Длина, мм, не более	Ширина, мм, не более	Высота, мм, не более	Масса, кг, не более
от 9 до 80	130	130	25	0,07
от 15 до 55	130	130	25	0,07
от 50 до 300	130	130	25	0,07
от 300 до 600	130	130	25	0,09
от 600 до 900	130	130	25	0,12
от 900 до 1200	130	130	25	0,14
от 1200 до 1500	130	130	25	0,17
от 1500 до 1800	130	130	25	0,19
от 1800 до 2100	130	130	25	0,21
от 2100 до 2400	130	130	25	0,24
от 2400 до 2700	130	130	25	0,26
от 2700 до 3000	130	130	25	0,28
Примечание: габаритные размеры указаны в транспортировочном футляре				

НЕТ ЛЕЧАТИ АО КАЛИБРОН

Таблица 3 – Условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, %, не более	 От - 40 до + 50 80

2. Комплектность

Таблица 4 - Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Линейка охватывающая	Калиброн	1 шт.
Транспортировочный футляр	-	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

3.1. Средний срок службы – 5 лет.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие линейки охватывающей Калиброн требованиям стандарта предприятия Shenyang Jia-yu Tools Co., Ltd «Линейки охватывающие Калиброн» при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода линейки охватывающей Калиброн в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4. Консервация

4.1 Линейки охватывающие Калиброн подвергнуты на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78

Средства защиты по ГОСТ 9.014-78 ВЗ-1, ВУ-1

Срок защиты без переконсервации – 2 года.

Консервацию произвёл личная подпись расшифровка подписи

Дата «___»_____ 202_ г.

5. Свидетельство об упаковывании

5.1 Линейка охватывающая Калиброн упакована предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86.

Упаковывание произвёл личная подпись расшифровка подписи

Дата «___»_____ 202_ г.

6. Свидетельство о приёмке

Линейка охватывающая Калиброн, диапазон измерений_____, заводской номер _____, соответствует требованиям стандарта

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ АО КАЛИБРОН

предприятия Shenyang Jia-yu Tools Co., Ltd «Линейки охватывающие Калиброн» и признан пригодным к эксплуатации.

Приемку произвёл

личная подпись расшифровка подписи

штамп ОТК

Дата «___»_____ 202_ г.

7. Порядок работы, поверка

7.1. Ознакомиться с настоящим паспортом.

7.2. Линейку охватывающую Калиброн (далее по тексту - линейка) накладывают на измеряемый объект, так чтобы лента линейки опоясывала его. Ленту линейки затягивают до упора, совмещают шкалы ленты и нониуса, и считывают показания.

7.3. Поверка осуществляется в соответствии с документом по поверке
МП АПМ 50-23 «ГСИ. Линейки охватывающие Калиброн. Методика поверки»

7.4. Интервал между поверками - 1 год.

Поверку (калибровку) произвел

личная подпись расшифровка подписи

Знак поверки

Дата «___»_____ 202_ г.

8 Сведения об утилизации

8.1 Линейки утилизируется в соответствии с положениями Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.

Дата продажи: «____»_____20_____г.

Подпись ответственного лица_____

М.П.

9. Сведения о поверках

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ДО КАЛИБРОН