11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие угольника требованиям нормативно-технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Изготовитель:
Фирма «Etalon», Китай

Отдел продаж:
АО ТД «Калиброн»
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14
Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06
E-mail: info@tdkalibron.ru

Фирма «Etalon»

АО Торговый дом «Калиброн»
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, эт. 5,
пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ

Угольник поверочный слесарный плоский фирмы «Etalon»

тип УП

Размер, мм:

□ 100×60 □ 160×100

Класс точности:

□ 1 □ 2

АО Калиброн НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Угольник поверочный слесарный плоский типа УП фирмы «Etalon» изготовлен согласно технической документации фирмы-изготовителя. Угольники УП представляют собой специальный инструмент, который используется для проверки углов на перпендикулярность и разметки обрабатываемых заготовок.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от 10 до 40 °С
Относительная влажность воздуха: не более 80 %
Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры угольников указаны в таблице:

Обозначение	Размер, мм	Допуск перпендикулярности измерительных поверхностей к опорным, мкм, для класса точности		Допуск перпендикулярности боковых поверхностей к опорным, мкм, для класса точности	
		1	2	1	2
УП-100	100x60	6	30	50	200
УП-160	160x100	7	35	60	250

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
4.1 угольник,
4.2 футляр,
4.3 паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Протереть угольник чистой тканью смоченной в нефрасе и протереть чистой сухой тканью.
5.2 Выдержать на рабочем месте не менее 3 ч.
5.3 Систематически очищать внутреннюю поверхность футляра щеткой.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Во избежание коррозии и порчи угольника руки должны быть чистыми и сухими.

6.2 Не допускать ударов по рабочим поверхностям угольника.
6.3 После окончания работы угольник протереть чистой салфеткой смоченной в нефрасе, затем насухо, чистой салфеткой и уложить в футляр.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 По окончании работы протереть измерительные поверхности угольника слегка смоченной в нефрасе тканью и смазать противокоррозионной смазкой.
7.2 Хранить угольник в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +25˚С.

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

8.1 Методы и средства калибровки по МИ 1799-87.
8.2 Интервал между калибровками устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации, но не более 1 года.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Угольник поверочный, тип УП- _____

заводской номер _____
соответствует требованиям нормативно-технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____ » _____ 20 ___ г.

Подпись лица, ответственного за приемку_____

м.п.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Угольник подвергнут консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1
ГОСТ 9.014 и упакован согласно ГОСТ 13762.
Срок консервации 24 месяца

АО Калиброн НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ